



## MR I 検査を受けられる方へ

※ 円滑かつ安全に検査を行うため、御一読ください。

### ● MR I 検査とはどのようなものですか？

MR I は強力な磁石と電磁波を使って、身体の内部の状態を調べる検査です。検査は狭いトンネルのような機械の中に入っていきます。検査中は大きな音が鳴りますので、音軽減のためヘッドホンや耳栓をつけて実施します。

### ● 検査時間はどれくらいですか？

数種類の画像を撮影しますので通常30分程度かかります。ただし検査時間は内容により前後しますのでご注意ください。診断が困難になりますので、検査中は身体を動かさないでください。なお検査時間が長いため予約時間に遅れることがないようにお願いいたします。

※ 緊急検査により予約時間通りに開始できない場合があります。ご了承ください。

### ● MR I 検査の注意事項を教えてください。

MR I 検査は非常に強力な磁気を使用する検査ですので、金属類には特別な注意が必要です。

#### ① 以下に該当する方は検査ができないことがあります。事前にお知らせ下さい

- ・ 体内および体外に医療電子機器がある方  
心臓ペースメーカー、 植込型除細動器(ICD)、 人工内耳、  
インスリンポンプ、 神経刺激装置 など
- ・ 体内に手術や事故などで金属類が存在する可能性がある方  
歯科インプラント、歯科矯正装置、血管内ステント、脳動脈クリップ、  
骨折治療用の金属プレート、人工関節、シャントチューブ など
- ・ 刺青（タトゥー）や眉墨（アートメイク）をされてる方  
火傷や変色の可能性があります。
- ・ 妊娠初期（14週未満）の方
- ・ 閉所恐怖症の方

#### ② 以下の該当するものをつけている方は検査ができないことがあります。

- ・ 化粧をされてる方（アイメイク、つけまつげも含む）
- ・ 増毛スプレー、白髪隠しをつけている方

※ 成分に金属を含むものがあるため、発熱による火傷や変色の可能性、正しい画像が得られないなどの危険性があります。特にアイシャドウ、マスカラ、増毛スプレーは当日の使用はお控え下さい。検査内容によっては事前に取り除かないと検査できない場合があります。マグネットを利用しているメイク用品は、除去してからの検査になります。

#### ③ 以下に挙げる物ものは検査室に持ち込めません。事前に取り外して頂きます。

- ・ 金属類  
時計、補聴器、入れ歯、ヘアピン、ネックレス、指輪、ピアス、湿布、  
カイロ、エレキバン、治療針、遠赤外線が発熱下着（ヒートテックなど）
- ・ コンタクトレンズ（カラーコンタクト含む）
- ・ 電子機器類、磁気カード、ICカード
- ・ 磁石が付いている器具（磁性歯科インプラントやDIBキャップは持ち込めません）
- ・ 持続血糖測定器（リブレPROなど）のセンサー部分

※ 発熱による火傷、画像への影響、データ消失、誤動作などの可能性があります。