

診療用放射性同位元素使用施設の廃止に伴う汚染検査等業務の委託契約に係る一般競争入札 入札質問書に対する回答書

診療用放射性同位元素使用施設の廃止に伴う汚染検査等業務の委託契約に係る一般競争入札の募集要項等についての質問について、下記のとおり回答します。

番号	質問項目	内容	回答
1	仕様書 4.(2).(ア) 放射線モニタ関係	機器に内蔵されている線源がある場合、引取りは仕様に含まれますでしょうか。	機器に内蔵されている線源がある場合の引取りは、仕様に含まれます。
2	仕様書 4.(3).③ 放射性廃棄物引渡し助勢	日本アイソトープ協会の廃棄物集荷の時期は、決まっておりますでしょうか。	廃棄物集荷の時期は、9月下旬を予定しています。